



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Warszawa, 04.07.2025 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE W RAMACH ROZEZNANIA RYNKU na sprzęt medyczny

I. Zamawiający

„MEDICERS” Sp. z o.o.
ul. Tużycka 31
03-683 Warszawa
NIP 5361756377

Ofertę należy złożyć elektronicznie, osobiście lub pocztą do dnia 11.07.2025 r.

II. TRYB TUDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie rozeznania rynku, w ramach procedury realizacji naboru do Przedsięwzięcia „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, która określa zasady realizacji Projektu Grantowego i naboru do Przedsięwzięć w ramach Projektu grantowego nr FENX.06.01- IP.03-0001/23 pod nazwą „Wsparcie podstawowej opieki zdrowotnej (POZ)”, realizowanego w ramach Programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 2021-2027.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego sprzętu medycznego, zgodnie z poniższymi minimalnymi wymaganiami technicznymi i funkcjonalnymi.

1) Holter EKG – 4 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- Analiza zapisu EKG w trybie prospektywnym i retrospektywnym
- Analiza arytmii pochodzenia komorowego i nadkomorowego
- dostęp do zapisu EKG z dowolnego poziomu analizy
- Możliwość wykrywania, przeglądania, tworzenia ilościowych raportów w zakresie oceny: VE, S`SVE, P`SVT, Pauz, IRR VT, IVR, Tachy, Brady, Salwa, Bigeminia, Trigemini, Pary, R na T, uniesienia i obniżenia ST. Epizody ST, Max, Min, oraz Średni Rytm Serca, procentowy udział artefaktów w zapisie
- Tabelaryczna prezentacja danych liczbowych



- Prezentacja wyników w formie trendów w tym trójwymiarowe trendy ST i HRV
- Przygotowanie do druku automatycznie lub wybierane przez użytkownika wstęgi EKG wraz z ich etykietami
- Drukowanie całego zarejestrowanego sygnału EKG
- Niezależna analiza ST każdego kanału EKG dla wybranych przez użytkownika punktów odniesienia ST, punktu J oraz linii bazowej R-R
- Bezprzewodowa transmisja danych umożliwiająca podgląd zapisu EKG w czasie rzeczywistym
- Analiza zmienności rytmu w dziedzinie czasu i częstotliwości
- Analiza pracy wszystkich typów rozruszników serca

2) Holter ciśnieniowy – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- Histogram – SYS, DIA, HR
- Edycja progów pomiarowych
- Pomiary ładunków - całodobowe oraz dla poszczególnych okresów
- Prezentacja statystyki - pomiary uwzględnione do wykonanych
- Prezentacja statystyki - pomiary wykonane do zaplanowanych
- Prezentacja statystyki - spadki nocne, dipper, non dipper, extreme dipper
- Wartości średnie z całej doby
- Ustawienia - indywidualne oprogramowania
- Prezentacja pomiarów odczytanych - SYS, DIA, MAP, HR

3) E-stetoskop – 1 szt.

Minimalne wymagania techniczne:

- funkcja wzmocnienia i aktywna redukcja szumów eliminująca niepożądane dźwięki w tle
- Dopasowane oliwki zapewniające bardzo dobre uszczelnianie akustyczne
- głowica z dużą i małą membraną
- Transmisja danych do urządzenia mobilnego poprzez Bluetooth
- Wizualizacja fal dźwiękowych za pomocą aplikacji
- Zapisywanie i dodawanie adnotacji do nagrań (15, 30, 60 lub 120 sekund)
- Automatyczne przełączanie się w tryb analogowy
- Dwa rozmiary membran, odpowiednio dla dorosłych i dzieci
- Membrana umożliwiająca osłuchiwanie wysokich i niskich częstotliwości
- Regulacja głośności.

4) Kozetka lekarska – 1 szt.

Dopuszcza się parametry mieszczące się w granicach +/- 10 % wskazanych wartości.



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Całkowita szerokość, mm	550
Całkowita długość, mm	1880
Całkowita wysokość, mm	510
Kąt nachylenia wezglowia,	+/- 40°
Dopuszczalne obciążenia, kg	180

Przedmiot zamówienia oraz wszystkie jego części muszą być fabrycznie nowe i nieuszkodzone, a także wolne od wad fizycznych i wad prawnych, oraz dopuszczone do obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Przedmiot zamówienia musi spełniać wymogi bezpieczeństwa i normy oraz posiadać oznakowanie zgodności poświadczające dopuszczenie do stosowania i sprzedaży na terenie Unii Europejskiej oraz wymagane certyfikaty.

Pełna dokumentacja przedmiotu zamówienia musi być sporządzona w języku polskim.

Zamawiający wyjaśnia, że tam, gdzie w opisie przedmiotu zamówienia zostało wskazane pochodzenie (marka, znak towarowy, producent, dostawca itp.) materiałów lub normy, aprobaty, specyfikacje i systemy, o których mowa w Ustawie Prawo zamówień publicznych, Zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów lub rozwiązań równoważnych pod warunkiem, że zapewnią uzyskanie parametrów technicznych i funkcji nie gorszych od założonych.

W przypadku, gdy w opisie przedmiotu zamówienia podano nazwy konkretnych producentów, to należy je traktować jedynie jako określenie pożądanego standardu i jakości. We wszystkich takich sytuacjach Wykonawca może zaoferować równoważne produkty lub asortyment o nie niższych parametrach.

Przez równoważność produktu/materiału rozumie się zaoferowanie produktu/materiału, którego parametry techniczne zastosowanych materiałów są nie niższe niż te opisane w zapytaniu ofertowym. W przypadku zaoferowania rozwiązania równoważnego, Wykonawca zobowiązany jest wykazać równoważność zastosowanych rozwiązań. Warunki równoważności rozwiązań - nie gorsze pod względem: parametrów technicznych (wytrzymałość, trwałość), funkcjonalnych, parametrów bezpieczeństwa użytkowania, walorów użytkowych i estetycznych.

Termin realizacji zamówienia do 31.07.2025 r.

Miejsce dostawy: ul. Tużycka 31, 03-683 Warszawa



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

IV. KRYTERIA OCENY OFERT

Cena całkowita brutto – waga 100% (100 pkt)

Sposób przyznawania punktacji:

$$C = C_{\min} / C_n \cdot 100 \text{ pkt}$$

Gdzie:

$C_{\min}$ – najniższa cena całkowita brutto ze wszystkich cen zaproponowanych przez oferentów

C_n – cena całkowita brutto oferty nr „n”

W ramach oceny ofert w zakresie zamówienia Oferent może otrzymać maksymalnie 100 punktów. Punktacja przyznawana ofertom będzie liczona z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku. Zostanie wybrany Oferent, którego oferta otrzyma najwyższą liczbę punktów.

Cena musi uwzględniać wszystkie wymagania niniejszego Zapytania oraz obejmować wszelkie koszty, jakie poniesie Wykonawca z tytułu należytej oraz zgodnej z obowiązującymi przepisami realizacji przedmiotu zamówienia.

V. OSOBA DO KONTAKTU W SPRAWIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO:

Pani Beata Galanek

telefon: 600 219 870

adres mailowy: dyrektor@medicers.eu